



Załącznik nr 1

**do Warunków przetargu na dostawę
aparatury pomiarowo - kontrolnej**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L. p.	Wymagane parametry	ilość
1.	Generator sygnałowy SMA100 8GHz prod. Rohde&Schwarz <u>(lub inny model, innego producenta o parametrach technicznych nie niższych wytypowany model)</u>	1 szt.
2.	Analizator widma FSV30 prod. Rohde&Schwarz <u>(lub inny model, innego producenta o parametrach technicznych nie niższych wytypowany model)</u>	1 szt.
3.	Analizator sieci ZNB-8 prod. Rohde&Schwarz <u>(lub inny model, innego producenta o parametrach technicznych nie niższych wytypowany model)</u>	1 szt.
4.	Oscyloskop DSOX4154A + DSOX4APPBNDL prod. KEYSIGHT <u>(lub inny model, innego producenta o parametrach technicznych nie niższych wytypowany model)</u>	4 szt.
5.	Zasilacz CPX400DP prod. Aim TTI <u>(lub inny model, innego producenta o parametrach technicznych nie niższych wytypowany model)</u>	6 szt.

Wymagania do gwarancji:

- Gwarancja na przedmiot przetargu minimum 36 miesięcy dla pozycji od 1 do 4, dla pozycji 5 minimum 24 miesiące.

Inne wymagania:

- Wymagane dokumenty w języku polskim instrukcja obsługi i deklaracja zgodności CE.

mk



Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku polskim tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.

- Wymagane świadectwo wzorcowania z wynikami pomiarów + niepewność. Świadectwo nie może być starsze niż 3 miesiące od daty dostawy.